

UBND TỈNH TRÀ VINH
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 694 /BC-SYT

Trà Vinh, ngày 05 tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ KHÁC

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 14/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Thời gian từ ngày 16/9/2021 đến ngày 16/10/2021

Kính gửi:

- Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch Tài chính);
- Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu							Thông tin chung		Kết quả thực hiện												
ST T	Tên trang thiết bị y tế	Phân nhóm	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Nguồn vốn đầu tư	Số lượng định mức	Tên trang thiết bị y tế	Chủng loại (model)	Số lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu	Năm sản xuất	Nước sản xuất	Hãng sản xuất	Hãng/nước chủ sở hữu	Đơn vị tính	Đơn giá trúng thầu (VNĐ)	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị trúng thầu	Mã số thuế của đơn vị trúng thầu	Ghi chú
Quyết định phê duyệt dự toán Số: 1860/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 Tên gói thầu Gói thầu số 7: Phụ kiện máy thở (01 mặt hàng) Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn									Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Số 873/QĐ-SYT ngày 16 tháng 9 năm 2021 Tên gói thầu: Gói thầu số 7: Phụ kiện máy thở (01 mặt hàng), thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua trang thiết bị, sinh phẩm, vật tư y tế, văn phòng phẩm, vật rẻ mau hỏng cho bệnh viện dã chiến số 2,3,4,5 và 6												
1	Dây nối máy thở (kèm phụ kiện)		100	Bộ	1.850.000	185.000.000	Quỹ dự trữ tài chính												Công ty Cổ phần Phân phối và đầu tư Patco	0104856349	
1.1	Bình						Quỹ dự trữ tài		Bình làm	VHC60		2020	Trung	Vincent	Vincent Medical/	Cái	350.000	- Tự động làm đầy nước, thể	Công ty Cổ	01048	

	làm ấm					chính		ấm			Quốc	Medical	Trung Quốc		<ul style="list-style-type: none"> tích nén khi bình rỗng là 44 mm, khi đầy là 280mm. - Dung tích chứa nước tối đa là 160mm. - Kích thước 130x122x95mm - Độ rò ≤ 25ml/phút - Lưu lượng cực đại 60L/phút - Áp lực vận hành tối đa: 16.5kPa (165cmH20) - Phạm vi nhiệt độ vận hành: 18-28 độ C- Phạm vi độ ẩm vận hành: 15%-93%RH - Tương thích máy thở oxy đồng cao (HFNC) VUN-001 	phần Phổi và đầu tư Patco	56349	
1.2	Gọng thở mũi lưu lượng cao					Quý dự trữ tài chính		Gọng thở mũi lưu lượng cao	VANC-02	2020	Trung Quốc	Vincent Medical	Vincent Medical/ Trung Quốc	Cái	650.000	<ul style="list-style-type: none"> - Lưu lượng dòng chảy tối đa 60L/phút - Đầu nối 15F/22M - Chiều dài 380mm - Tương thích máy thở oxy đồng cao (HFNC) VUN-001 - Không sử dụng thiết bị khi có chống chỉ định sử dụng thở áp lực dương liên tục (CPAP) và liệu pháp thở oxy đồng cao. 	Công ty Cổ phần Phổi và đầu tư Patco	01048 56349

1.3	Ông thở dành cho người lớn						Qũy dự trữ tài chính		Ông thở dành cho người lớn	510-049		2020	Trung Quốc	Vincent Medical	Vincent Medical/ Trung Quốc	Cái	800.000	- Tích hợp với dây đốt nhiệt dành cho người lớn (đường kính 22mm) - Chiều dài 1.5m - Lưu lượng dòng chảy: 10-60L/phút - Thời gian sử dụng tối đa 14 ngày - Tương thích máy thở oxy dòng cao (HFNC) VUN-001	Công ty Cổ phần Phân phối và đầu tư Patco	01048 56349
1.4	1 bộ lọc khí						Qũy dự trữ tài chính		1 bộ lọc khí	5100676 4		2020	Trung Quốc	Vincent Medical	Vincent Medical/ Trung Quốc	Cái	50.000		Công ty Cổ phần Phân phối và đầu tư Patco	01048 56349

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

(ký tên, ghi rõ chức danh, đơn vị công tác)



Nguyễn Văn Truyền

Dược sỹ
Sở Y tế tỉnh Trà Vinh

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Trần Đắc Thanh

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: NVD